

Oficio 530-2022-DEI-IHSS
martes, 11 de Octubre de 2022

Atención:
Posibles Licitantes
Presente.

Ref. Proceso Compra Directa N° CD-006-2022 "Adquisición de pruebas PCR-RT COVID-19 para el Instituto Hondureño de Seguridad Social, (IHSS)".

Estimados Señores;

Por este medio y en cumplimiento a lo establecido en las bases de la Compra Directa de la referencia, se remite de manera oficial la respuesta a las aclaraciones y observaciones realizadas al documento base.

Pregunta 1.

En la página No.5 en el apartado de información técnica del pliego de bases Lic117CD-006-202201 menciona textualmente:

2. cada prueba deberá contar con controles de calidad interno y aparte, deberá incluirse un control de calidad positivo y negativo por kit.

¿Por lo descrito amablemente solicitamos aclarar y confirmar que solicitan un control de calidad externo por kit? O un control de calidad externo mensual? O un control de calidad externo por la vigencia del contrato el cual es de 5 meses.

Si se provee un control de calidad externo positivo y negativo por kit esto aumenta considerablemente el precio por prueba.

Cabe mencionar que de acuerdo a la metodología que estamos presentando, nuestros cartuchos ya cuentan con controles de calidad interno por prueba.

Respuesta

Al respecto y en cuanto a lo expuesto, esta Dirección Médica aclara lo siguiente:

Que por un error involuntario se consignó en los documentos de compra directa que "Cada prueba deberá contar con controles de calidad interno y, aparte deberá incluirse un control de calidad positivo y negativo por kit", siendo lo correcto:

"Cada prueba deberá contar con controles de calidad interno y, aparte, deberá incluirse un control de calidad positivo y negativo por lote".



DR. JOSÉ GASPAR RODRÍGUEZ MENDOZA
Director Ejecutivo, IHSS